GAUNTLET THUMB POST ORTHOSIS

Material: Orfilight® 1.6 mm (1/16") micro perforation

Art. no. **35810/L (S)**
35811/L (M)
35812/L (L)

***Indications**: : Acute MCP arthritis - basal joint osteo arthritis - rheumatoid arthritis - thumb sprain - median nerve palsy*
***Indicaties**: MCP verstuiking (skiërsduim) - rhizartrose - reuma - nervus medianus letsels*
***Indications**: Arthrité de la MP - rhizarthrose - polyarthrite rhumatoïde - entorse du pouce - atteinte du nerf médian)*
***Indikationen**: Akute MCP-Arthritis - Rhizarthrose - rheumatoide Arthritis - Medianus-Lähmung*

This product is made of a Low Temperature Thermoplastic material and can be moulded directly on the patient. Before starting, read the instructions for use (ref. No. 31001) of the basic product mentioned above and take all the necessary precautionary measures.

This pattern is NOT SUITABLE for the following applications:
- fractures (scaphoide)
- acute De Quervain tendinitis
- first webspace contractures

It is prohibited to make alterations to this text without prior approval from Orfit Industries.

For additional copies, please contact your local distributor or send an e-mail to welcome@orfit.com

Dit product is vervaardigd uit een lage temperatuur thermoplastisch materiaal dat direct op de patiënt kan worden gevormd. Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzingen (ref. nr. 31001) van het hierboven aangeduide basisproduct en neem de voorzorgsmaatregelen in acht die daarbij horen.

Dit spalkpatroon is NIET GESCHIKT voor volgende toepassingen:
- fracturen (os naviculare scaphoideus)
- acute De Quervain tendinitis
- commissure contracturen

Het is verboden veranderingen aan te brengen in deze tekst zonder voorafgaande toestemming van Orfit Industries.

Indien u bijkomende exemplaren wenst, neem dan contact op met de verdeler in uw land of stuur een e-mailbericht naar welcome@orfit.com.

Ce produit est fabriqué dans un matériel thermoformable à basse température, qui est formé directement sur le patient. Lisez d'abord attentivement les instructions d'utilisation (réf. no. 31001) pour le produit de base mentionné ci-dessus et respectez les précautions d'usage y référant.

Ce patron n'est PAS INDIQUE pour les cas suivants:
- fractures (scaphoïde)
- tendinite aiguë de De Quervain
- rétraction de la première commissure

Il est interdit d'apporter des modifications à ce texte sauf accord préalable d'Orfit Industries.

Si vous souhaitez des exemplaires supplémentaires, prenez contact avec notre distributeur dans votre pays ou envoyez votre demande par e-mail à welcome@orfit.com

Dieses Produkt ist aus ein Niedrigtemperatur Thermoplast hergestellt und darf unmittelbar auf den Patienten angelegt werden. Lesen Sie zuerst andächtig die Gebrauchsanweisungen (Ref. Nr. 31001) die zu dem o.e. Basisprodukt gehören und nehmen Sie die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen.

Dieses Dessin EIGNET SICH NICHT für die nachstehenden Indikationen:
- Fraktures (Scaphoideus)
- akute De Quervain Sehnenentzündung
- Retraktionskommissure

Es ist verboten den Text zu ändern, ohne vorhergehende Zustimmung von Orfit Industries.

Falls Sie mehrere Exemplare wünschen, bitte nehmen Sie Kontakt auf mit dem Verteiler in Ihrem Land, oder schicken Sie uns einen E-Mail Bericht nach der Adresse welcome@orfit.com.

SIZING



SIZING

Measure the total hand width at the MCP joints of the 2nd to 5th finger.

60-70 mm - "$2^{1/5}$" - $2^{3/4}$" = **SMALL**
80-90 mm - $3^{1/8}$" - $3^{1/2}$" = **MEDIUM**
100-110 mm - 4" - $4^{3/10}$" = **LARGE**

METHOD OF APPLICATION



Note:
It is prohibited to make alterations to this text without prior approval from Orfit Industries.
ORFILIGHT® is a registered trademark of ORFIT INDUSTRIES N.V.

ORFIT INDUSTRIES
Vosveld 9A | B-2110 Wijnegem | Belgium
T (+32) (0)3 326 20 26
welcome@orfit.com

www.orfit.com

Ref. No. 35810L-35811L-35812L ORFILIGHT
VERSION 6
LAST UPDATE: 26/06/2021
REVISION DATE: 26/06/2023